



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG 3056—1999

数显式粘结强度检测仪

Digital sticking strength tester

1999-03-08 发布

1999-10-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 引用标准	1
3 定义、符号	1
4 产品型号	2
5 技术要求	2
6 试验方法	4
7 检验规则	5
8 标志、包装、运输及贮存	6
附录 A(标准的附录) 检验用器具	7

前 言

为满足 JG J110—97《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》所要求仪器指标、精度、量程范围,根据 GB/T 1.3—1997《标准化工作导则 第 1 单元:标准的起草与表述规则 第 3 部分:产品标准编写规定》的要求,特制定《数显式粘结强度检测仪》标准。

本标准的附录 A 为标准的附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位,中国建筑科学研究院归口管理。

本标准起草单位:河南省建筑科学研究院、福建省南安市中南机械有限公司。

本标准主要起草人:刘宏奎、钟震亚、刘新生、黄建设。

本标准委托河南省建筑科学研究院负责解释。

中华人民共和国建筑工业行业标准

数显式粘结强度检测仪

JG 3056—1999

Digital sticking strength tester

1 范围

本标准规定了数显式粘结强度检测仪的技术要求、产品型号、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。

本标准适用于建筑工程饰面砖粘结强度检测用的数显式粘结强度检测仪。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 191—1990 包装储运图示标志

GB/T 2611—1992 试验机通用技术要求

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 6571—1995 半导体器件 分立器件 第3部分:信号(包括开关)和调整二极管

GB/T 6587.1—1986 电子测量仪器 环境试验总纲

GB/T 6587.2—1986 电子测量仪器 温度试验

GB/T 6587.3—1986 电子测量仪器 湿度试验

GB/T 6593—1986 电子测量仪器质量检验规则

ZZ J860—1994 压力传感器检定规程

JG J110—1997 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准

3 定义、符号

3.1 定义

本标准采用下列定义。

3.1.1 粘结力

饰面砖与粘结层界面、粘结层自身、粘结层与找平层界面、找平层自身、找平层与基体界面,在被垂直于表面的拉力作用造成断裂时的最大拉力值。

3.1.2 粘结强度

饰面砖与粘结层界面、粘结层自身、粘结层与找平层界面、找平层自身、找平层与基体界面上单位面积上所承受的粘结力。

3.1.3 数显式粘结强度检测仪

由数字测试显示系统、液压加荷系统构成的能够满足 JGJ 110 标准中检验方法要求的粘结力测试仪。

3.1.4 试验支架跨距