

ICS 11.180.20
C 45



中华人民共和国国家标准

GB/T 20407.2—2006/ISO 8670.2:1996

造口袋 第2部分：要求和测试方法

Ostomy collection bags—Part 2: Requirements and test methods

(ISO 8670.2:1996, IDT)

2006-06-25 发布

2006-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

GB/T 20407《造口袋》由以下三部分组成：

第1部分：词汇

第2部分：要求和测试方法

第3部分：结肠造口袋和回肠造口袋气味弥散测定

本部分为GB/T 20407标准的第2部分。

本部分等同采用ISO 8670-2:1996《造口袋 第2部分：要求和测试方法》(英文版)。

本部分为推荐性标准。自实施之日起，建议从事与造口袋有关的研究、设计、制造、销售、服务等工作的厂商、部门和有关人员按本标准的规定执行。

本部分附录A为资料性附录。

本部分由中华人民共和国民政部提出。

本部分由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会(SAC/TC 148)归口。

本部分起草单位：中国康复研究中心、国家康复器械质量监督检验中心。

本部分主要起草人：丁伯坦、高庆云、贾亚玲、廖利民。

造口袋 第2部分:要求和测试方法

1 范围

GB/T 20407 的本部分详细说明了对下列一件式和多件式造口袋的要求和测试方法。

- a) 闭口袋
- b) 开口袋
- c) 尿路造口袋

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 20407 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 20407.1 造口袋 第1部分:词汇

3 术语和定义

GB/T 20407.1 中确定的和下列的术语和定义适用于 GB/T 20407 的本部分。

3.1

肠气过滤器 flatus filter

由含有多孔材料制成,去除造口袋中肠气异味的装置。

3.2

(造口袋)复合接口系统 multiple-piece flange system

造口排泄物收集系统,底盘部分安装固定在造口周围,袋连接在上面,更换时,袋可单独更换。

3.3

造口 stoma

体表非正常生理开口。

3.4

测试量 test volume

测试量是指在测试时为了测试造口袋的强度和抗渗漏的情况,向造口袋内加液体或加力的量。

4 要求

4.1 渗漏测试

4.1.1 按 6.2 提供的方法测试,无底盘的造口袋无渗漏。

4.1.2 按 6.3 提供的方法测试,有底盘的造口袋(系统)无渗漏。

4.2 (开口袋)封口器位置的测试

根据厂家的说明,按 6.4 提供的方法测试,(开口袋)封口器应保持原位。

4.3 耐压(静压)测试

按 6.5 提供的方法测试,袋子无渗漏。

4.4 造口袋的标识

4.4.1 为了便于识别,袋子至少应标注产品名称、编号和(或)商标。

4.4.2 如果造口袋的开口需要扩大时,最大的开口要: