

DB31

上海市地方标准

DB31/T 1363—2022

口腔综合治疗台水路卫生管理要求

Hygienic management requirements for dental unit waterline

2022-09-02 发布

2022-12-01 实施

上海市市场监督管理局 发布
中国标准出版社 出版

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 2

5 微生物监测 3

6 消毒方法 3

7 采样与检测方法 3

附录 A（资料性） 消毒方法 4

附录 B（规范性） 采样方法 5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市卫生健康委员会提出并组织实施。

本文件由上海市卫生监督标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海市松江区卫生健康委员会监督所、上海市卫生健康委员会监督所、上海市疾病预防控制中心、上海市口腔医院、上海市松江区疾病预防控制中心、上海市松江区中心医院、上海市松江区方松街道社区卫生服务中心、上海士曼口腔门诊部、上海万籁环保科技股份有限公司、敏跃企业发展集团有限公司。

本文件主要起草人：徐章、何晓燕、汤宇斌、翁谊娟、王绍鑫、江宁、陈栋、盛峰松、乔雪飞、赵利娣、金媛、董奎、照那木拉、王峰。

口腔综合治疗台水路卫生管理要求

1 范围

本文件规定了口腔综合治疗台水路管理的基本要求、微生物监测、消毒方法、采样和检测方法。
本文件适用于各级各类开展口腔疾病预防、诊断、治疗服务的医疗机构。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB/T 5750.12 生活饮用水标准检验方法 微生物指标
GB/T 7918.5 化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌
GB/T 8538 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
GB/T 9937 牙科学 名词术语
GB 15982 医院消毒卫生标准
GB/T 18204.5 公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统
GB 18466 医疗机构水污染物排放标准
QB/T 5470—2019 制酒饮料机械 无菌水杀菌机
DB11/T 1703—2019 口腔综合治疗台水路消毒技术规范

3 术语和定义

GB/T 9937、QB/T 5470—2019 和 DB11/T 1703—2019 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

口腔综合治疗台 dental unit

由相互连接的牙科设备和器械构成功能组合的用于牙科诊疗的设备。

[来源:GB/T 9937—2020,2.86]

3.2

口腔综合治疗台水路 dental unit waterline

口腔综合治疗台用水输入和排出的管道系统。

注:包括水质处理器、独立储水装置、口腔综合治疗台内部水路、自带储水罐及相关出水端等。

[来源:DB11/T 1703—2019,3.2,有修改]

3.3

独立储水装置 independent water storage device

口腔综合治疗台水路的组成部分,用于临时储存口腔综合治疗台输入水的独立容器。

注:不包括口腔综合治疗台自带的储水罐。